



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1135—2008  
代替 YY 91135—1999

---

## 骨 剪

Bone scissor

2008-10-17 发布

2010-01-01 实施

---

国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准代替 YY 91135—1999《骨剪》。

本标准与 YY 91135—1999 相比主要变化如下：

——标准中扩充了骨剪的型式；

——标准按 YY 1122—2005《咬骨钳(剪)通用技术条件》的规定，重新进行了修订。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准由上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂负责起草。

本标准主要起草人：刘伟群。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——YY 91135—1999；

——WS2-222—1976。

# 骨 剪

## 1 范围

本标准规定了骨剪的分类与型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于供剪切、修整人体骨骼用的骨剪。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

YY 1122—2005 咬骨钳(剪)通用技术条件

## 3 分类与型式

3.1 骨剪柄部可制成有柄花或无柄花，骨剪的型式和基本尺寸应符合图1~图2及表1的规定。




图 1 骨剪(单关节)