

ICS 11.020
C 05



中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.11—2009

针灸技术操作规范 第 11 部分：电针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—
Part 11: Electroacupuncture

2009-02-06 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位敷贴；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：镊针；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：腹针；
- 第 17 部分：鼻针；
- 第 18 部分：口唇针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针针刺手法。

本部分为 GB/T 21709 的第 11 部分。

本部分的附录 A 为规范性附录，附录 B、附录 C、附录 D、附录 E 为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：上海中医药大学。

本部分参加起草单位：安徽中医学院、中国中医科学院、中国针灸学会。

本部分主要起草人：杨华元、王频、胡银娥、武晓冬、文碧玲。

针灸技术操作规范 第 11 部分：电针

1 范围

GB/T 21709 本部分规定了电针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项及禁忌。
本部分适用于电针技术操作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 21709 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 12346 腧穴名称与定位

GB/T 13734 耳穴名称与部位

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB/T 21709.20 针灸技术操作规范 第 20 部分：毫针基本刺法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 21709 的本部分。

3.1

电针 electroacupuncture

在毫针针刺得气的基础上,应用电针仪输出脉冲电流,通过毫针作用于人体一定部位以达到防治疾病的一种针刺方法。

3.2

电针仪 electroacupuncture apparatus

能够输出脉冲电流,并满足电针治疗要求的电子仪器,包括主机、电极线、电源适配器等附件。

3.3

电极线 electrode wire

电针仪输出脉冲电流的导线,连接于电针仪输出端与毫针之间,两条导线为一组,有正极、负极之分。

3.4

无关电极 dispersive electrode

电针单穴治疗时,置于人体非针刺体表部位的另一回路电极。

3.5

脉冲电流 impulsive current

按一定规律瞬间出现的突然变化的电流。

3.6

电针参数 parameters of electroacupuncture

电针仪输出的脉冲波形、脉冲幅度、脉冲宽度、频率、脉冲输出模式的数字描述。