



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0274—2011

代替 YY/T 0274.1—1995, YY/T 0274.2—1995

刮 牙 器

Dental scalers

(ISO 13397-1:1997 Periodontal curettes, dental scalers, and excavators
Part 1: General requirements, MOD)

2011-12-31 发布

2013-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替 YY/T 0274.1—1995《洁治器》、YY/T 0274.2—1995《刮治器》。

本标准与 YY/T 0274.1—1995、YY/T 0274.2—1995 的区别如下：

——整合 YY/T 0274.1—1995、YY/T 0274.2—1995，取名《刮牙器》；

——增加附录 A 和附录 B；

——根据 ISO 13397-1:1997 重新起草。

本标准修改采用 ISO 13397-1:1997《牙周刮匙、刮牙器和牙钻空器 第 1 部分：通用要求》。

本标准与 ISO 13397-1:1997 相比较，主要差异包括：

——删除了 ISO 13397-1:1997 的前言；

——增加产品型式和基本尺寸；

——增加检验规则；

——增加标志、包装、运输和贮存要求；

——删除了 ISO 13397-1:1997 的附录 A；

——增加本标准的附录 A 和附录 B。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC 94)提出并归口。

本标准起草单位：常州市欧特科医疗器械有限公司、上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂、上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人：杜军、黄莉莉、翁秉豪、朱志华、邹冰、蒋震宇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——WS 2-120—1983、YY/T 0274.1—1995；

——WS 2-120—1983、YY/T 0274.2—1995。

刮 牙 器

1 范围

本标准规定了刮牙器产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于供剔除龈上或刮除龈下牙垢及牙石用的刮牙器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 1800.1 产品几何技术规范(GPS)极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的基础(GB/T 1800.1—2009,ISO 286-1:1988,MOD)

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法(GB/T 4340.1—2009,ISO 6507.1:2005,MOD)

GB/T 10610 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法(GB/T 10610—2009,ISO 4288:1996,IDT)

YY/T 0149—2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法(ISO 13402:1995,MOD)

YY/T 1052 手术器械标志

3 分类

3.1 刮牙器由头部和手柄组成,分整体式和连接式。

3.2 刮牙器可制成单头或双头,其型式分为洁治型和刮治型。

3.3 刮牙器型式和基本尺寸应符合图1、图2和表1的规定,其头端形状和代号参见附录A。