


ICS 67.240
X 04



中华人民共和国国家标准

GB/T 18797—2002
eqv ISO 8589:1988

茶叶感官审评室基本条件

General requirement of the tea sensory test room

2002-07-25 发布

2003-02-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准等效采用 ISO 8589:1988《感官分析实验室建立的一般导则》，并充分考虑了茶叶感官审评专业性较强的特点，总结了我国先进、合理的评茶室设施及基本要求，对“实验室的建立”中采光、审评设备、检验隔档的设置、样品室等方面作了符合茶叶感官审评专业规定的规定。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院归口。

本标准起草单位：中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院。

本标准主要起草人：赵玉香、肖菊琴。

本标准由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院负责解释。

中华人民共和国国家标准

茶叶感官审评室基本条件

GB/T 18797—2002
eqv ISO 8589:1988

General requirement of the tea sensory test room

1 范围

本标准规定了茶叶感官审评室的基本设施和环境条件要求。

本标准适用于审评各类茶叶的感官审评室。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

SB/T 10157—1993 茶叶感官审评方法

3 定义

本标准采用下列定义。

茶叶感官审评室 tea sensory test room

专门用于感官评定茶叶品质的检验室。

4 基本要求

4.1 地点

茶叶感官审评室应建立在地势干燥、环境清静、北向无高层建筑及杂物阻挡,无反射光,周围无异气污染的地区。

4.2 室内环境

感官审评室内应空气清新、无异味,温度和湿度应适宜,室内安静、整洁、明亮。

5 感官审评室的布局

茶叶感官审评室一般应包括:

- a) 进行感官审评工作的审评室;
- b) 用于制备和存放评审样品及标准样的样品室;
- c) 办公室。

其他有条件的可在审评室附近建立休息室、盥洗室和更衣室。

6 感官审评室的建立

6.1 审评室

6.1.1 朝向

应坐南朝北,北向开窗。

6.1.2 面积