



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0967.2—2015

牙科旋转器械 杆 第2部分：塑料杆

Dental rotary instruments—Shanks—
Part 2: Shanks made of plastics

(ISO 1797-2:1992, MOD)

2015-03-02 发布

2016-01-01 实施

国家食品药品监督管理总局 发布

中华人民共和国医药
行业标准
牙科旋转器械 杆 第2部分:塑料杆
YY/T 0967.2—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:400-168-0010

010-68522006

2015年7月第一版

*

书号:155066·2-28735

版权专有 侵权必究

前 言

YY/T 0967《牙科旋转器械 杆》分为 2 个部分：

- 第 1 部分：金属杆；
- 第 2 部分：塑料杆。

本部分是 YY/T 0967 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分修改采用 ISO 1797-2:1992《牙科旋转器械 杆 第 2 部分：塑料杆》。

本部分与 ISO 1797-2:1992 的技术性差异如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用等同采用国际标准的 GB/T 1040(所有部分) 代替了 ISO/R 527:1966；
- 用等同采用国际标准的 GB/T 6062—2009 代替了 ISO 3274:1975；
- 用等同采用国际标准的 GB/T 10610—2009 代替了 ISO 4288:1985；
- 用修改采用国际标准的 YY 0803.1—2010 代替了 ISO 3630-1:1992；
- 用修改采用国际标准的 YY 0803.2—2010 代替了 ISO 3630-2:1986；
- 用修改采用国际标准的 YY 0967.1—2015 代替 ISO 1797-1:1992。

请注意本部分的某些内容可能涉及专利。本部分的发行机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理总局提出。

本部分由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会(SAC/TC 99/SC 1)归口。

本部分起草单位：国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：万易易、彭灿光、方旻、张群英。

引 言

本部分是牙科旋转器械基础标准系列之一,也是联系牙科旋转器械标准和牙科手机标准之间的重要标准。

牙科旋转器械 杆 第2部分:塑料杆

1 范围

YY/T 0967 的本部分对由塑料制成的牙科旋转器械的杆予以规范,并给出了其尺寸验证的测量方法。为了确保质量水平,增加了质量要求。

4.6 和 4.7,不适用于一次性使用的器械。

本部分适用于转速低于 5 000 r/min 的塑料杆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1040 (所有部分)塑料 拉伸性能的测定[ISO 527(所有部分)]

GB/T 6062—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性(ISO 3274:1996,IDT)

GB/T 10610—2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法(ISO 4288:1996,IDT)

YY 0803.1—2010 牙科学 根管器械 第1部分:通用要求和试验方法(ISO 3630-1:2008,MOD)

YY 0803.2—2010 牙科学 根管器械 第2部分:扩大器(ISO 3630-2:2008,MOD)

YY 0967.1—2015 牙科旋转器械 杆 第1部分:金属杆(ISO 1797-1:1992,MOD)

3 符号

下列符号适用于本文件。

d_1 :杆部直径。

d_2 :沟槽直径。

s : D 平面尺寸。

l_1 :配合长度。

l_2 :轴肩到末端长度。

l_3 :轴肩到沟槽长度。

l_4 :沟槽宽度。

注:图2和图3在此给出是为了保持和YY 0967.1—2015的一致性。