

UDC 681.7.08  
N 30



# 中华人民共和国国家标准

GB 12085.6—89

---

## 光学和光学仪器 环境试验方法 砂 尘

Optics and optical instruments—Environmental test  
methods—Dust

1989-12-29 发布

1990-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

光学和光学仪器 环境试验方法  
砂 尘

GB 12085.6—89

Optics and optical instruments—Environmental test  
methods —Dust

1 主题内容与适用范围

本标准规定了砂尘试验的试验条件、条件试验、试验程序及环境试验标记。  
本标准适用于光学仪器、装有光学零部件的仪器和光学零部件。

2 试验目的

研究试样的光学、热学、力学、化学和电学等特性受到砂尘影响的变化程度，特别是研究运动部件（如滑动面、轴承、接触器、控制装置、齿轮）的故障或不能允许的表面磨损。本试验不用来确定对粗粒砂尘的耐磨性。

3 引用标准

GB 12085.1 光学和光学仪器 环境试验方法 术语、试验范围

4 试验条件

暴露期间，光学表面应用各种措施防止砂尘的影响，如防尘罩。若试样在暴露时光学表面不必罩盖，则应在有关标准中加以说明。

试验箱（室）应具有一定的空间以保证试样的占有面积不大于试验箱（室）横截面积（与空气流动方向垂直的面积）的50%，体积不超过试验箱（室）有效体积的50%。

矿物砂尘应由边缘锐利的微粒组成，其中SiO<sub>2</sub>按重量应不少于97%。微粒尺寸分布和分析用的金属丝筛网应符合表1的规定。

表 1

| 微细砂尘颗粒尺寸分布按重量的百分比，%（允许偏差±2%） | 颗粒尺寸，mm     | 筛网网格尺寸，μm |
|------------------------------|-------------|-----------|
| 2                            | 0.1~0.14    | 140       |
| 8                            | 0.071~0.1   | 100       |
| 15                           | 0.045~0.071 | 71        |
| 75                           | <0.045      | 45        |

每次试验应使用新的砂尘。试样应尽可能放在试验箱（室）中心附近，如多个试样同时试验时，

国家技术监督局1989-12-29批准

1990-08-01实施