



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.8—2008

---

## 针灸技术操作规范 第8部分：皮内针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—  
Part 8: Intradermal needle

2008-04-23 发布

2008-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

GB/T 21709《针灸技术操作规范》分为 21 个部分：

- 第 1 部分：艾灸；
- 第 2 部分：头针；
- 第 3 部分：耳针；
- 第 4 部分：三棱针；
- 第 5 部分：拔罐；
- 第 6 部分：穴位注射；
- 第 7 部分：皮肤针；
- 第 8 部分：皮内针；
- 第 9 部分：穴位贴敷；
- 第 10 部分：穴位埋线；
- 第 11 部分：电针；
- 第 12 部分：火针；
- 第 13 部分：芒针；
- 第 14 部分：鍤体；
- 第 15 部分：眼针；
- 第 16 部分：鼻针；
- 第 17 部分：口唇针；
- 第 18 部分：腹针；
- 第 19 部分：腕踝针；
- 第 20 部分：毫针基本刺法；
- 第 21 部分：毫针针刺手法。

本部分为 GB/T 21709 的第 8 部分。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由国家中医药管理局提出。

本部分由中国针灸学会归口。

本部分负责起草单位：成都中医药大学。

本部分参加起草单位：北京中医药大学。

本部分主要起草人：余曙光、唐勇、刘清国、罗玲、袁成凯、曾芳。

## 针灸技术操作规范 第8部分：皮内针

### 1 范围

GB/T 21709 的本部分规定了皮内针的术语和定义、操作步骤与要求、注意事项和禁忌。  
本部分适用于皮内针技术操作。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 21709 的本部分。

#### 2.1

**皮内针 intradermal needle**

用于皮内埋藏的针具。

#### 2.2

**颗粒型皮内针 grain-like intradermal needle**

针尾呈椭圆颗粒状的皮内针,又称麦粒型皮内针。

#### 2.3

**揸钉型皮内针 thumbtak intradermal needle**

针尾呈环形并垂直于针身的皮内针,又称图钉型皮内针。

### 3 操作步骤与要求

#### 3.1 施术前准备

##### 3.1.1 针具选择

根据疾病和操作部位的不同选择相应的皮内针。

##### 3.1.2 部位选择

宜选择易于固定且不妨碍活动的腧穴。

##### 3.1.3 体位选择

宜选择患者舒适、医者便于操作的治疗体位。

##### 3.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生,避免污染。

##### 3.1.5 消毒

###### 3.1.5.1 针具消毒

应选择高压蒸汽消毒法。宜使用一次性皮内针。

###### 3.1.5.2 部位消毒

宜用 75%乙醇或 1%~2%碘伏在施术部位消毒。

###### 3.1.5.3 医者消毒

医者双手应先用肥皂水清洗,再用 75%乙醇棉球擦拭。

#### 3.2 施术方法

##### 3.2.1 进针

###### 3.2.1.1 颗粒型皮内针

一手将腧穴部皮肤向两侧舒张,另一手持镊子夹持针尾平刺入腧穴皮内。