

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0170.1—94

牙 挺

1994-07-02 发布

1994-11-01 实施

国家医药管理局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国医药
行 业 标 准
牙 挺

YY/T 0170.1-94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1995 年 1 月第一版

*

书号: 155066·2-9569

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

牙 挺

1 主题内容与适用范围

本标准规定了牙挺的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于连体式的牙挺,不适用于一柄多头牙挺。该产品供拔牙前作撬松牙齿或剔除牙根等用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 2041 黄铜板
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4342 金属显微维氏硬度试验方法
- GB 6463 金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述
- YY 0076 金属制件的镀层分类、技术条件
- YY/T 0149 不锈钢医用器械耐腐蚀试验方法
- ZB C30 001 手术器械标志
- ZB C30 022 医疗器械铬镀层厚度测试计时点滴方法
- ZB C31 006 空心八角柄、六角柄尺寸和技术要求

3 产品分类

牙挺的型式、基本尺寸和极限偏差应符合图 1、图 2 及表 1 的规定。