



中华人民共和国医药行业标准

YY 0060—91

热 敷 灵

1991-11-21 发布

1992-09-01 实施

国家医药管理局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国医药
行 业 标 准
热 敷 灵

YY 0060—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1992 年 6 月第一版

*

书号: 155066 • 2-8177

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

热 敷 灵

1 主题内容与适用范围

本标准规定了一次性使用热敷灵技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。
本标准适用于一次性使用的热敷灵、热敷袋、热敷散、寒痛乐等。
该产品具有祛风散寒、舒筋活血、消肿止痛及治疗因受风寒引起的各部位疼痛。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法
- GB 1038 塑料薄膜透气性试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

3 术语

- 3.1 最高温度:热敷灵从发热开始到结束测定的最高值就是最高温度(如图1)。
- 3.2 升温时间:热敷灵开始发热升温至 40℃所需的时间就是升温时间(如图1)。
- 3.3 温度保证时间:持续时间中最高温度与 40℃的平均温度以上的时间(如图1)。
- 3.4 持续时间:从热敷灵开始发热 40℃以上的保持时间的总值(如图1)。




图 1