

ICS 67.120.01  
X 00  
备案号:39292—2013

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10918—2012

---

## 屠宰企业实验室建设规范

Construction criterion for slaughterhouse laboratories

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、江苏雨润肉类产业集团有限公司。

本标准主要起草人：赵箭、张瑞、郑志明、张新玲、刘华琳、靳红果、谢耀宗、闵成军、黄强力。

# 屠宰企业实验室建设规范

## 1 范围

本标准规定了屠宰企业实验室的基本要求、检测能力、设施设备、人员、管理和安全要求。  
本标准适用于屠宰企业实验室的建设和管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2707 鲜(冻)畜肉卫生标准

GB 16869 鲜、冻禽产品

GB 18406.3—2001 农产品安全质量 无公害畜禽肉安全要求

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**屠宰企业实验室 slaughterhouse laboratory**

屠宰企业内负责原料、辅料及产品相关指标检测的部门。

### 3.2

**防护区 containment area**

实验室内生物安全风险相对较大,需对实验室的平面设计、密闭性、气流及人员进出等进行控制的区域。

## 4 实验室等级划分

屠宰企业实验室等级划分为 A 级、AA 级、AAA 级、AAAA 级和 AAAAA 级,并实行标志管理。

## 5 基本要求

5.1 应具有独立固定的检测区域与办公地点。

5.2 应具备完善的水、电设施。

5.3 应具有专职的检测技术人员。

5.4 应制定实验室安全防护(防火、防盗、人员防护、危险品管理等)相关制度。

5.5 实验室应根据可能出现的事故,制定相应的应急处理预案。

5.6 样品应实行标志性管理。